
製品データシート




FLOWSIC500の再校正サービス

校正

点検・最適化

SICK
Sensor Intelligence.



注文情報

タイプ	製品番号
FLOWSIC500の再校正サービス	応相談

その他のサービス ➜ www.sick.com/校正

製品説明

信頼性の高い超音波ガス流量計メーカーであるSICKは、この事業分野で長年の経験を有しています。またSICKでは、自社製品の耐久性、測定精度と長期安定性に関しても高い水準を設定しています。従って、SICKのサービスポートフォリオには、機器の測定精度を保証する目的で、ガス流量計FLOWSIC500のオーバーホールと再校正も含まれています。再校正を行うことで高精度の測定が可能になると同時に、最大限の耐用年数を得るための基盤が確立されます。SICKではオーバーホールをメーカー基準に従って実行し、超音波ガス流量計の再校正をスムーズに行っています。これは時間とリソースの節約につながります。

概要

- 訓練を受けた人員による目視点検
- 測定機器の総合オーバーホール
- 気密性・機能テスト
- 再校正プロセスの段取り
- 実験室条件下での流量点検
- サービス文書の作成

メリット

- 測定機器の総合オーバーホールと再校正を一手に提供
- 測定正確度とトレーサビリティが極めて高い測定結果が実現
- 再校正規則に適合
- 次の再校正インターバルにわたる校正有効期間
- 確約されている特性が維持されていることの証明
- 保証の更新

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

技術仕様詳細

特徴

製品区分	SICK LifeTime Services
製品群グループ	点検・最適化
概要	お客様の要件に従ったガス流量計FLOWSIC500のオーバーホールおよび再校正
製品範囲	FLOWSIC500
前提条件	ガス流量計を生産工場 (オッテンドルフ・オクリラ) に発送すること 記入済みの規格適合証明書 技術的な質問票 (サービスアンケート) に記入済みであること 手続き上の質問票 (サービスチェックリスト) に記入済みであること
サービス範囲	- 目視点検と機能点検 - 流量計の清掃 - フローコンディショニングの再調整 - リークテストとゼロ点テストの実行 - 再校正プロセスの段取り - 結果の文書化、作業レポート
ドキュメンテーション	最終点検記録 再校正証明書
継続時間	標準実施項目の所要時間は、技術的な説明と受注が完了してから約4週間です。
注意	発送先住所: SICK Engineering GmbH, Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf-Okrilla 交換部品は含まれていないため、別途請求されます。 予期せぬ追加作業が発生した場合は、作業時間に応じて請求されます。

SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.